

# SN

## 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3129.2—2013  
代替 SN/T 0297—1993

---

### 进出口光学仪器设备检验规程 第 2 部分：生物显微镜

Rules for the inspection of optical instruments for import and export—  
Part 2: Biological microscopes

2013-11-06 发布

2014-06-01 实施

---

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

SN/T 3129《进出口光学仪器设备检验规程》共分为 2 部分：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：生物显微镜。

本部分为 SN/T 3129 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分代替 SN/T 0297—1993《出口生物显微镜检验规程》。

本部分与 SN/T 0297—1993 相比主要变化如下：

- 标准的名称、适用范围有较大修改；
- 增加修改了一些术语和定义；
- 增加了检验规程的总要求；
- 增加了检验监管模式和检验方式的内容；
- 对检验的项目、检验内容和要求及检验方法进行了调整和补充；
- 对检验结果判定、合格判定及有效期和不合格处置进行了修改；
- 标准的结构、格式和章节的编排，按 GB/T 1.1—2009 进行了修改。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国江苏出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：章回、陈建彬、龙水生、薛皎、童万年、王晓园、曹华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- SN/T 0297—1993。

## 进出口光学仪器设备检验规程

### 第 2 部分:生物显微镜

#### 1 范围

SN/T 3129 的本部分规定了进出口生物显微镜的抽样、检验及结果判定。  
本部分适用于进出口生物显微镜的检验。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2985—2008 生物显微镜

SN/T 0002.1 进出口机电商品检验规程编写的基本规定

#### 3 术语和定义

GB/T 2828.1、SN/T 0002.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1

**抽样检验模式 mode of sampling inspection**

按国家技术规范的强制性要求,对进出口商品逐批或随机抽取检验批实施抽样、检验和检查的合格评定活动。

##### 3.2

**型式试验模式 mode of type test**

按规定的周期依据国家技术规范的强制性要求进行型式试验,按现场检验规定对产品进行抽批检验,并对企业的质量管理体系实施监督的合格评定活动。

##### 3.3

**检验批 inspection lot**

为实施检验而汇集的同一生产厂家、同一规格、型号、在相同生产条件下生产的单位产品,称为检验批,简称批。

##### 3.4

**不合格分类 classification of nonconformity**

单位产品的质量及安全等特性不符合标准规定,称为不合格。按不合格项目对于产品安全、环保以及质量性能的影响程度,将不合格分为 A 类不合格、B 类不合格和 C 类不合格。

#### 4 总要求

##### 4.1 安全及性能要求

生物显微镜的安全及性能要求应满足 GB/T 2985—2008 的规定。适用时应考虑使用国家(地区)