

## 牙科旋转器械 基本尺寸和标号

Dental rotary instruments—Nominal sizes  
and designation

YY 91011-99

本标准适用于牙科旋转器械（如牙钻、切割钻、磨削器械、金刚石器械、心轴等）工作部分（称作头部）直径的基本尺寸和标号方法。

本标准不包括根管器械的直径。

1 器械头部直径的基本尺寸和标号（标号是以直径毫米数的十等分表示，采用了三位数形式）应按下表所列选用。

直径的基本尺寸 mm	标 号	直径的基本尺寸 mm	标 号	直径的基本尺寸 mm	标 号
0.5	005	3.1	031	8.5	085
0.6	006	3.3	033	9	090
0.7	007	3.5	035	9.5	095
0.8	008	3.7	037	10	100
0.9	009	4	040	11.2	112
1.0	010	4.2	042	12.5	125
1.2	012	4.5	045	14	140
1.4	014	4.7	047	16	160
1.6	016	5	050	18	180
1.8	018	5.5	055	20	200
2.1	021	6	060	22.4	224
2.3	023	6.5	065	25	250
2.5	025	7	070	28	280
2.7	027	7.5	075	30	300
2.9	029	8	080		