

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61207-7
Edition 1.0 2013-09

IEC 61207-7
Édition 1.0 2013-09

**EXPRESSION OF PERFORMANCE OF GAS
ANALYZERS –
Part 7: Tuneable semiconductor laser gas
analyzers**

**EXPRESSION DES PERFORMANCES DES
ANALYSEURS DE GAZ –
Partie 7: Analyseurs de gaz laser à
semiconducteurs accordables:**

CORRIGENDUM 1

Annex B (normative) Examples of the test apparatus

Annexe B (normative) Exemples d'appareils d'essai

Figure B.1 – Example of a test apparatus to simulate measurement condition for across-duct and open-path analyzers

Figure B.1 – Exemple d'appareil d'essai de simulation des conditions de mesure des analyseurs à conduit transversal et en circuit ouvert

In the inscription,

Cette correction ne s'applique qu'à la langue anglaise.

instead of: and form angle (about 0,7°) with axis of optical cell

read: and form angle (about 7°) with axis of optical cell.