

ICS 11.120  
C 93



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 30219—2013

GB/T 30219—2013

## 中药煎药机

Decocting machine of chinese herbal

中华人民共和国  
国家标准  
中药煎药机  
GB/T 30219—2013

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字  
2014年6月第一版 2014年6月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-49048 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB/T 30219-2013

2013-12-31 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 分类和标记 .....	1
5 要求 .....	2
6 试验方法 .....	3
7 检验规则 .....	5
8 标志、使用说明书、包装、运输与贮存.....	6

f) 国家质量监督检验部门及产品认证机构提出型式检验要求时。

### 7.3.2 型式检验项目

为本标准的全部要求,若制造单位不具备试验条件的项目允许在使用现场进行。

### 7.3.3 抽样

型式检验的样机应在出厂检验合格的产品中抽取,按 GB/T 10111 的方法抽取 10% 作为样机,样机不少于 3 台,检测 1 台。

### 7.3.4 判定规则

若电气安全的 5.4.1~5.4.3、机械安全的 5.5.2~5.5.4 有一项不合格,即判定本次型式检验不合格,若其他项有一项不合格,允许在已取样的样机中加倍复测,仍不合格时,则判定本次型式检验不合格。

## 8 标志、使用说明书、包装、运输与贮存

### 8.1 标志

8.1.1 产品标牌应符合 GB/T 13306 的规定,标牌应固定在产品明显部位。标牌应包括下列内容:

- a) 产品型号、名称;
- b) 产品主要技术参数、煎药容器容积;
- c) 生产企业名称;
- d) 生产日期及出厂编号;
- e) 产品执行标准号。

8.1.2 包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

8.1.3 运输收发货标志应符合 GB/T 6388 的规定。

### 8.2 使用说明书

产品使用说明书应符合 GB/T 9969 的规定。

### 8.3 包装

产品包装应符合 GB/T 13384 的有关规定。包装箱内应有下列随机附件:

- a) 产品合格证;
- b) 产品使用说明书;
- c) 装箱单。

### 8.4 运输

产品的运输应符合国家铁路、公路和水路货物运输的有关规定。

### 8.5 贮存

产品装箱后,应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的室内或有遮蔽的场所,不得露天存放。

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国制药装备标准化技术委员会(SAC/TC 356)提出并归口。

本标准起草单位:北京东华原医疗设备有限责任公司、南京中医药大学、中央民族大学。

本标准主要起草人:南龙、蔡宝昌、包新登、姜黎滨、崔箭。