

ICS 11.060.10
C 33



中华人民共和国国家标准

GB 17168—2013/ISO 22674:2006
代替 GB/T 17168—2008

GB 17168—2013/ISO 22674:2006

牙科学 固定和活动修复用金属材料

Dentistry—Metallic materials for fixed
and removable restorations and appliances

(ISO 22674:2006, IDT)

中华人民共和国
国家标准
牙科学 固定和活动修复用金属材料
GB 17168—2013/ISO 22674:2006

*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 38 千字
2014年6月第一版 2014年6月第一次印刷

*
书号: 155066·1-48898 定价 24.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB 17168—2013

2013-12-31 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类	2
5 要求	3
6 取样	7
7 试样制备	7
8 试验方法	9
9 信息和使用说明书	13
10 标识和标签	14
附录 A (资料性附录) 预期使用厚度为 0.1 mm~0.5 mm 非铸造 O 型金属材料的拉伸试验	15
参考文献	18

参 考 文 献

- [1] GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 (GB/T 16886.1—2011,ISO 10993-1:2009,IDT)
- [2] YY/T 0268 牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第1单元:评价与试验(YY/T 0268—2008,ISO 7405:2008,NEQ)
- [3] YY 0625 牙科学 正畸产品:正畸丝(YY 0625—2008,ISO/CD 15841:2004,MOD)
- [4] YY 1026—2009 牙科学 汞及银合金粉(ISO 24234:2004,IDT)
- [5] ISO 9333 牙科学 钎焊材料

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 17168—2008《牙科铸造贵金属合金》、YY 0626—2008《贵金属含量 25%~75% 的牙科铸造合金》和 YY0620—2008《牙科学 铸造金合金》。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 22674—2006《牙科学 固定和活动修复用金属材料》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

——GB/T 228.1—2010 金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

——GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987,MOD)

——GB/T 9937(所有部分) 口腔词汇 [ISO 1942 (所有部分)]

——YY 0621—2008 牙科金属 烤瓷修复体系(ISO 9693:1999,MOD)

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会(SAC/TC 99)归口。

本标准起草单位:北京大学口腔医学院口腔医疗器械质量监督检验中心、有研亿金新材料股份有限公司、贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人:郑刚、袁慎坡、林红、白伟、孙志辉、缪卫东、张亨金、朱武勋。