

- 3.2.2 盐酸($\rho 1.19 \text{ g/mL}$)。
- 3.2.3 盐酸(1+1)。
- 3.2.4 盐酸(1+9)。
- 3.2.5 酒石酸。
- 3.2.6 金属锑(Sb 的质量分数 $\geq 99.9\%$)。
- 3.2.7 硫脲-抗坏血酸溶液(50 g/L~50 g/L), 当天配制。
- 3.2.8 硼氢化钾溶液(20 g/L): 称取 10.00 g 硼氢化钾溶解于 500 mL 氢氧化钾溶液(5 g/L)中, 当天配制。
- 3.2.9 锑标准贮存溶液: 称取 0.100 0 g 金属锑(3.2.6)于 300 mL 烧杯中, 加 25 mL 硝酸(3.2.1)、3 g 酒石酸(3.2.5), 低温加热溶解, 并蒸发至近干, 稍冷, 加入 50 mL 盐酸(3.2.3), 加热溶解, 煮沸除去氮的氧化物, 取下冷却, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用盐酸(3.2.4)稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 0.1 mg 锑。
- 3.2.10 锑标准溶液: 移取 10.00 mL 锑标准贮存溶液(3.2.9)于 500 mL 容量瓶中, 加盐酸(3.2.4)稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 mL 含 2 μg 锑。

3.3 仪器

原子荧光光谱计。附屏蔽式石英炉原子化器, 玻璃质氢化物发生器, 特制锑空心阴极灯或锑高强度空心阴极灯。

氩气: 用作屏蔽气、载气。

在仪器最佳工作条件下, 凡能达到下列指标者均可使用。

检出限: 不大于 $2 \times 10^{-9} \text{ g/mL}$ 。

精密度: 用 0.02 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的锑标准溶液测量 11 次荧光强度, 其相对标准偏差不应超过 5.0%。

3.4 试样

3.4.1 试样粒度应不大于 0.074 mm。

3.4.2 试样在 100°C~105°C 烘 1 h 后, 置于干燥器中冷至室温。

3.5 分析步骤

3.5.1 试料

按表 2 称取试料, 精确至 0.000 1 g。

表 2

锑质量分数/%	试料量/g
0.005~0.010	0.200 0
>0.10~0.40	0.100 0

独立地进行两次测定, 取其平均值。

3.5.2 空白试验

随同试料做空白试验。

3.5.3 测定

3.5.3.1 将试料(3.5.1)置于 200 mL 烧杯中, 加入 0.5 g 酒石酸(3.2.5), 用水湿润, 加入 15 mL 硝酸(3.2.1), 低温溶解, 蒸至体积约 2 mL, 取下冷却, 加入 20 mL 盐酸(3.2.3)、10 mL 硫脲-抗坏血酸溶液(3.2.7), 用水冲洗杯壁, 低温煮沸使盐类溶解, 取下冷却。将溶液移入 100 mL 容量瓶中, 以水稀释至刻度, 混匀。

3.5.3.2 按表 3 分取溶液(3.5.3.1)于容量瓶中, 并按测定溶液体积补加盐酸(3.2.3)及硫脲-抗坏血酸溶液(3.2.7)用水稀释至刻度, 混匀, 干过滤部分溶液待测。

中华人民共和国

国家标淮

金矿石化学分析方法

第 10 部分: 锑量的测定

GB/T 20899.10—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

网址: www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2007 年 7 月第一版 2007 年 7 月第一次印刷

*

书号: 155066·1-29647 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533

