

HB

中华人民共和国航空工业标准

HB 6783.1~6783.13-93

军用机载设备气候环境 试验箱(室)检定方法

1994-06-01 发布

1994-06-01 实施

中国航空工业总公司 批准

目 录

1	HB 6783.1—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	总则	(1)
2	HB 6783.2—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	低气压(高度)试验箱(室)	(6)
3	HB 6783.3—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	温度试验箱(室)	(10)
4	HB 6783.4—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	温度—高度试验箱(室)	(20)
5	HB 6783.5—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	太阳辐射试验箱(室)	(23)
6	HB 6783.6—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	淋雨试验箱(室)	(31)
7	HB 6783.7—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	湿热试验箱(室)	(36)
8	HB 6783.8—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	霉菌试验箱(室)	(41)
9	HB 6783.9—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	盐雾试验箱(室)	(44)
10	HB 6783.10—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	砂尘试验箱(室)	(48)
11	HB 6783.11—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	爆炸性大气试验箱(室)	(52)
12	HB 6783.12—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	浸渍试验箱(室)	(56)
13	HB 6783.13—93	军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法	温度—湿度—高度试验箱(室)	(59)

军用机载设备气候环境
试验箱(室)检定方法
盐雾试验箱(室)

HB 6783.9-93

1 主题内容与适用范围

本标准规定了盐雾试验箱(室)的检定方法。

本标准是《军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法》系列标准的组成部分。

本标准适用于按 GJB 150.11《军用设备环境试验方法 盐雾试验》进行试验时所用试验箱(室)的检定。

2 引用标准

GJB 150.11 军用设备环境试验方法 盐雾试验

HB 6783.1 军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法 总则

HB 6783.3 军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法 温度试验箱(室)

3 检定技术指标

检定技术指标的确定根据 GJB 150.11。

3.1 温度误差

$\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

3.2 温度梯度

不大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{m}$ 或最大温差不大于 2.2°C 。

3.3 盐雾沉降率

$1\sim 2\text{ml}/80\text{cm}^2 \cdot \text{h}$ 。

4 检定项目

- a. 温度误差和温度梯度；
- b. 盐雾沉降率。

5 检定用主要仪器及要求

- 5.1 检定用仪器应符合 HB 6783.1 中第 5 条的规定。
- 5.2 测量温度用传感器的时间常数一般不大于 20s。