


JJG

中华人民共和国国家计量技术规范

 JJG 1020—90

γ 射线辐射加工剂量 保证监测方法

1990年3月5日批准


1990年12月1日实施

国家技术监督局

目 录

一	概述	(1)
二	适用范围	(1)
三	方法概要	(1)
四	丙氨酸剂量计	(2)
五	监测用仪器设备和计量器具	(3)
六	标准丙氨酸剂量计的校准	(5)
七	剂量保证监测程序	(6)
附录	术语	(9)

**γ 射线辐射加工剂量保证
监测方法技术规范**
Monitoring Method of Dose
Assurance for Radiation Processing
with Gamma rays



本技术规范经国家技术监督局于1990年3月5日批准，并自1990年12月1日起施行。

归口单位： 中国计量科学研究院

起草单位： 中国计量科学研究院

本规范技术条文由起草单位负责解释。