

ICS 03.120.20
A 00
备案号:39293—2013

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10919—2012

SB/T 10919—2012

农产品批发市场检测室技术规范

Technical specification for testing laboratory of agro-products wholesale market

中华人民共和国国内贸易
行业标准
农产品批发市场检测室技术规范
SB/T 10919—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2013年8月第一版 2013年8月第一次印刷

*

书号:155066·2-25953 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



SB/T 10919-2012

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

附录 C
(资料性附录)
检验报告单样本

检验报告单样本可参考表 C.1 内容要素和格式。

表 C.1 检验报告单样本

样品编号：

| ××农产品批发市场检测室 检验报告 | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|
| 样品名称 | | 产地 | |
| | | 规格 | |
| 检测部门 | | | |
| 经销商名称 | | | |
| 生产日期/批号 | | 等级 | |
| 抽/送样日期 | | 抽/送样人 | |
| 样品状态 | | 样品数量 | |
| 抽样地点 | | 抽样基数 | |
| 检验依据 | | | |
| 检验项目 | | | |
| 检验结论 | 签发日期： 年 月 日 | | |
| 备注 | | | |

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、北京市理化分析测试中心、北京市科学器材有限公司、深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司。

本标准主要起草人：刘华琳、张瑞、靳红果、赵箭、刘清珺、陈舜琮、陈婷、汪雨、杨寅、吴爱华、李俊、苑婷婷。

附录 A
(资料性附录)

农产品批发市场检测室常用仪器、设备与耗材

批发市场农产品规模及产品类别差异较大,无法对农产品批发市场检测室的仪器设备统一要求。为方便农产品批发市场检测室建设,提供检测室所需的基本仪器设备参考配置。各市场可根据实际情况选择或增加配置相应的仪器设备,参见表 A.1。

表 A.1 农产品批发市场检测室常用仪器、设备与耗材参考配置

| 序号 | 设备名称 | 仪器参数(用途) |
|----|--------------|--|
| 1 | 基本试验配置 | 含试剂柜、器皿柜、具塞三角烧瓶、烧杯、小漏斗、容量瓶、量杯、大试管、比色管、药匙、塑料吸管、铝试管架、小工具、定性滤纸(中速)、称量纸、移液器、pH 试纸、铁架台等 |
| 2 | 食品中心温度计 | 适用于测量食品中心的温度,如急冻食品、烧烤等食品中心温度是否达标(-50℃~300℃);技术要求:测温范围:-50℃~300℃;分辨率:0.1℃ |
| 3 | 电导仪 | 用于纯净水的快速检测;技术要求:测量范围:0 μS/cm~20 μS/cm;分辨率:1 μS/cm;精度:±2%FS |
| 4 | 酸度计 | 适用于检测液体的 pH 值;技术要求:测量范围:0.00 pH~14.00 pH;分辨率:0.01 pH |
| 5 | 离心机 | 技术要求:3 000 r/min |
| 6 | 蒸馏装置 | 用于甲醛的测定 |
| 7 | 电热干燥箱 | 样品进行干燥处理 |
| 8 | 粉碎机 | 样品前处理 |
| 9 | 电热板 | 样品前处理 |
| 10 | 搅拌器 | 样品前处理 |
| 11 | 温湿度计 | 技术要求:温度:室内-10℃~60℃(14°F~140°F);室外-50℃~70℃(58°F~158°F);相对湿度:20%~95%;测量精度:温度±1℃(±1.8°F)在0℃~35℃ |
| 12 | 便携式恒温箱 | 运送样品 |
| 13 | 电子分析天平 | 称样、试剂称量(感量0.01g、0.0001g) |
| 14 | 高压灭菌器 | 微生物灭菌设备 |
| 15 | 纯水系统 | 制备实验用水 |
| 16 | 超声波清洗器 | 适用于样品的提取处理 |
| 17 | 超净工作台 | 无菌操作 |
| 18 | 生物培养箱 | 微生物培养设备 |
| 19 | 酶标仪 | 酶联免疫反应 |
| 20 | 冰箱 | 试剂、标准物质及样品保存 |
| 21 | 微生物快速测定仪 | 食品安全快速筛查 |
| 22 | 多功能食品安全快速测定仪 | 食品安全快速筛查 |
| 23 | 食品安全农残快速检测箱 | 食品安全快速筛查 |

农产品批发市场检测室技术规范

1 范围

本标准规定了农产品批发市场检测室的组织管理、人员、设施与环境、仪器设备、标准物质及试剂耗材、检验工作和安全方面的要求。

本标准适用于农产品批发市场中可食用农产品检测室的建设与管理。其他的可食用农产品流通领域检测室也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 18406.1 农产品安全质量 无公害蔬菜安全要求
- GB 18406.2 农产品安全质量 无公害水果安全要求
- GB 18406.3 农产品安全质量 无公害畜禽肉安全要求
- GB 18406.4 农产品安全质量 无公害水产品安全要求
- GB/T 19001 质量管理体系 要求
- GB/T 19575 农产品批发市场管理技术规范
- GB/T 22000 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
- GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求
- GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化检测
- GB/T 27405 实验室质量控制规范 食品微生物检测

3 术语和定义

GB 18406.1、GB 18406.2、GB 18406.3、GB 18406.4、GB/T 19001、GB/T 19575、GB/T 22000、GB/T 27025、GB/T 27404、GB/T 27405 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农产品批发市场检测室 testing laboratory of agro-products wholesale market

对农产品批发市场(以下简称市场)内经销的可食用农产品安全质量进行检测及快速筛查的部门。

4 组织管理

- 4.1 应由明确的市场负责人管理。
- 4.2 检测室是市场质量控制体系的一部分,应有确定的组织架构和管理结构。
- 4.3 检测室职能是通过检测及快速筛查手段,配合市场管理部门对市场内经销农产品的质量安全进行监督。
- 4.4 应与有资质的第三方检测机构进行合作,对市场检测室的检测能力进行补充,对有异议的样品进行确证。