

YY/T 1221—2013

# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1221—2013

## 心肌肌钙蛋白 I 诊断试剂(盒) (胶体金法)

Cardiac troponin I (cTnI) diagnostic kit  
(Colloid gold method)

中华人民共和国医药  
行业标准  
心肌肌钙蛋白 I 诊断试剂(盒)  
(胶体金法)  
YY/T 1221—2013


\*  
中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)  
网址 www.spc.net.cn  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字  
2013 年 12 月第一版 2013 年 12 月第一次印刷

\*  
书号: 155066 · 2-26310 定价 18.00 元

2013-10-21 发布

2014-10-01 实施



YY/T 1221-2013

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107

国家食品药品监督管理总局 发布

## 参 考 文 献

- [1] 叶应妩. 全国检验操作规范. 3 版. 南京: 东南大学出版社, 2006
  - [2] YY/T 0316 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用
  - [3] YY/T 0466.1 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第 1 部分: 通用要求
- 

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利, 本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

本标准由全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会(SAC/TC 136)归口。

本标准起草单位: 中国食品药品检定研究院。

本标准主要起草人: 曲守方、黄杰、高尚先。

- a) 新产品投产；
- b) 材料、工艺、配方有较大改变时可能影响产品性能；
- c) 连续生产中每年不少于一次；
- d) 停产整顿后恢复生产；
- e) 合同规定或部门要求。

所有检验项目合格，则通过型式检验；型式检验未通过时，不得进行批量生产。

## 7 包装、标识和使用说明书

### 7.1 试剂盒外包装盒上至少应有下列标志：

- a) 产品名称及规格；
- b) 制造商名称和地址；
- c) 生产批号或生产日期；
- d) 有效期；
- e) 产品标准编号；
- f) 生产许可证号；
- g) 产品注册证号；
- h) 贮存方法；
- i) 注意事项。

### 7.2 试剂盒运输包装至少应有下列标志：

- a) 产品名称及规格；
- b) 制造商名称和地址；
- c) 生产批号或生产日期；
- d) 产品注册证号；
- e) 体积(长×宽×高)；
- f) “防潮”、“防热”等字样或标志，并应符合 GB/T 191 的有关规定。

### 7.3 产品使用说明书上应有下列内容：

- a) 产品名称；
- b) 包装规格；
- c) 预期用途和原理；
- d) 操作步骤(应注明多长时间内阅读结果有效；如果是测试条，需注明放入样品内多长时间后取出)；
- e) 结果判定；
- f) 贮存条件；
- g) 注意事项；
- h) 生产单位名称、地址和联系方式；
- i) 生产许可证号；
- j) 产品注册证号；
- k) 产品标准编号。

# 心肌肌钙蛋白 I 诊断试剂(盒) (胶体金法)

## 1 范围

本标准规定了心肌肌钙蛋白 I 诊断试剂(盒)(胶体金法)的术语和定义、要求、试验方法、检验和判定、标识、标签和使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于心肌肌钙蛋白 I 诊断试剂(盒)(胶体金法)。该试剂用于定性检测人血清或血浆中的心肌肌钙蛋白 I(cTnI)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 胶体金技术 colloid gold technique

以胶体金颗粒作为示踪物或显色物质进行抗原抗体反应或其他分子检测的一种标记技术。

### 3.2 最低检测限 lowest detection limit

样品中以一定概率可被声明与零有差异的被测量的最低值。

### 3.3 分析特异性 analytical specificity

测量程序只测量被测量的能力。

### 3.4 质控品 control materials

用于验证体外诊断用试剂(盒)性能特征的物质、材料或物品。

### 3.5 重复性 repeatability

在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。

## 4 要求

### 4.1 物理性状

#### 4.1.1 外观

符合制造商规定的正常外观要求。