

ICS 11.060.20  
C 37

YY

# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0628—2008/ISO 9687:1993

YY/T 0628—2008/ISO 9687:1993

## 牙科设备 图形符号

Dental equipment—Graphical symbols

(ISO 9687:1993, IDT)

中华人民共和国医药  
行业标准  
牙科设备 图形符号

YY/T 0628—2008/ISO 9687:1993

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 27 千字

2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-19143 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



YY/T 0628-2008

2008-04-25 发布

2009-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

## 前 言

本标准的全部内容为推荐性。

本标准等同采用 ISO 9687:1993《牙科设备 图形符号》。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会设备分归口单位归口。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督所。

本标准主要起草人：陈嘉晔、张扬、李丹荣。

本标准由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会负责解释。

序号	图形符号	名称	出处
130		本地控制	ISO 7000-1109
131		远程控制	ISO 7000-1108
132		图形记录器	GB/T 5465.2—5192
133		打印	ISO 7000-0793
134		待机或准备状态(仅用于设备的一部分)	GB/T 5465.2—5266
135		通(仅用于设备的一部分)	GB/T 5465.2—5264
136		通风扇和循环扇	ISO 7000-0089
137		散热,传热	ISO 7000-0535
138		暂停,中断	GB/T 5465.2—5111
139		交流电	GB/T 5465.2—5032
140		电流,交直流两用	GB/T 5465.2—5033
141		直流电	GB/T 5465.2—5031
142		等电位	GB/T 5465.2—5021

## 牙科设备 图形符号

### 1 范围

本标准规定了牙科设备的图形符号,这些符号将被用到相应的设备部件中和相应的牙科设备部件的文档中,如使用说明书。

所有的牙科设备都有特定的符号。大部分的符号来源于相关的 IEC 和 ISO 国际标准。

注:本标准对应的标准已得到 SAC/TC 59 图形符号技术委员会的认同,该委员会主要负责调整标准中的所有图形符号。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 5465.2—1996 电气设备用图形符号(idt IEC 417:1973)

ISO 7000:2004 设备用图形符号 索引和大纲

### 3 符号和名称

序号	图形符号	名称	出处
1		牙科病人椅,通用	ISO 7000-1819
2		牙科病人椅,可旋转	ISO 7000-1820
3		牙科医生座椅	ISO 7000-1821
4		牙科口腔灯	ISO 7000-1822
5		牙科治疗机	ISO 7000-1823
6		助手单元	ISO 7000-1824
7		痰盂	ISO 7000-1825