

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 3892—2016

医疗机构可重复使用织物类 手术单 手术衣 洁净服 灭菌包装材料

Medical institution reusable fabric surgical drape, surgical gown,
clean air suit, sterilization package material

地方标准信息服务平台

2016-05-10 发布

2016-07-01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

前 言

本标准依据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准由新疆乐贝尔贸易有限公司提出。

本标准由新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会归口。

本标准由新疆乐贝尔贸易有限公司起草。

本标准主要起草人：张洁、朱毅忠、夏鑫、赵娟娟、白煜峡、王君花、史海涛、蒋秉梁。

地方标准信息服务平台

医疗机构可重复使用织物类 手术单 手术衣 洁净服 灭菌包装材料

1 范围

本标准规定了医疗机构可重复使用织物类手术单、手术衣、洁净服、灭菌包装材料的术语和定义、分类、要求、试验方法、标志标签、随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于以机织物为原料制作而成的可重复使用的手术单、手术衣、洁净服、灭菌包装材料。适用于医院手术室已知病人血液中无传染性病毒的手术过程和医院消毒供应室最终灭菌医疗器械的包装材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4669 纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 16886.10 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19633 最终灭菌医疗器械的包装

YY/T 0506.1 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求

YY/T 0506.2 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平

YY/T 0506.4 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范