

分类号	案卷号	件号
G4A1		86

ICS 11.040.99

C 47

备案号: 53113—2017

# DB44

## 广东省地方标准

DB44/T 1879—2016

### 医疗配药柜通用技术条件

Medical general technical conditions for dispensing cabinet

地方标准信息服务平台

2016-09-08 发布

2017-01-01 实施

广东省质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由广东省质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：广州市仪美医用家具科技有限公司、广州市卫生和计划生育委员会、华南农业大学。

本标准主要起草人：李勇、胡丙杰、涂登云、冯文希、黎明超、谢燕姗。

地方标准信息服务平台

# 医疗配药柜通用技术条件

## 1 范围

本标准规定了医疗配药柜的术语、定义、一般要求、性能要求、环保要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于医院制剂室、门诊、急诊等进行配药操作使用的医疗配药柜。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3324 木家具通用技术条件

GB 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 18884.2 家用厨房设备 第2部分：通用技术要求

## 3 术语和定义

### 3.1

#### 外表

柜体外部涂饰或作其它表面处理之处。

### 3.2

#### 内表

柜体玻璃门内或其他空格（如搁板等）内的涂饰或作其他表面处理之处。

## 4 一般要求

### 4.1 医疗配药柜柜体的木用料

应符合 GB/T 3324 的规定。

### 4.2 医疗配药柜配套的产品及材料要求

#### 4.2.1 医疗配药柜配套产品要求

医疗配药柜上配套使用的产品应符合相应的国家标准或行业标准。配药柜台应符合 GB 6566 的规定。