

# 团 体 标 准

T/WSJD 002-2019

---

## 医用清洗剂卫生要求

Hygienic requirements for medical detergents

2019 - 8- 22 发布

2019 - 10-1 实施

中国卫生监督协会 发布

## 前 言

本标准由中国卫生监督协会团体标准委员会提出并归口。

本标准由中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、北京协和医院、北京北亚骨科医院、湖北省疾病预防控制中心、北京大学深圳医院、楷腾医疗设备（中国）有限公司、3M 中国有限公司、杭州鲁沃夫货物进出口有限公司、北京创新世纪生化科技发展有限公司、深圳市芭格美生物科技有限公司、上海九誉生物科技有限公司、北京佳士力科技有限公司、山东消博士消毒科技股份有限公司和南京万福金安生物医药科技有限公司起草。

本标准主要起草人：张流波、李涛、朱亭亭、邱侠、张青、李爱琼、黄小波、王继梅、陶威、刘芝兰、史绍毅、王志、郭宏涛、任银萍、周祺、王金强、蒋士龙。

# 医用清洗剂卫生要求

## 1 范围

本标准规定了医用清洗剂原料要求、基本要求、技术要求、检验方法、运输、贮存和包装、标识要求及注意事项。

本标准适用于医用清洗剂的生产与应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 65 开槽圆柱头螺钉
- GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
- GB/T 679 化学试剂 乙醇（95%）
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 1173 铸造铝合金
- GB/T 1220 不锈钢棒
- GB/T 2059 铜及铜合金带材
- GB/T 2481.1 固结磨具用磨料 粒度组成的检测和标记
- GB/T 5750.4 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标
- GB/T 9721 化学试剂 分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）
- GB 9985 手洗餐具用洗涤剂
- GB/T 15818 表面活性剂生物降解度试验方法
- JB/T 7901 金属材料实验室 均匀腐蚀全浸试验方法
- ISO 15883 清洗消毒器  
《消毒技术规范》（2002年版） 卫生部

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**医用清洗剂** medical detergent

用于增强水对医疗器械、器具及其他相关物品上污物清洗效果的制剂。

### 3.2

**酸性医用清洗剂** acid medical detergent