

# 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1873—2010

---

## 日本脑炎病毒抗体间接检测 酶联免疫吸附法

**Indirect ELISA for antibody detection of Japanese encephalitis virus**

2010-05-20 发布

2010-09-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国动物防疫标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国动物卫生与流行病学中心。

本标准主要起草人：陈义平。

## 日本脑炎病毒抗体间接检测 酶联免疫吸附法

### 1 范围

本标准规定了日本脑炎病毒抗体的间接 ELISA 检测技术操作程序。

本标准适用于进出口检疫及流行病学调查时对猪血清中日本脑炎病毒抗体的检测。

### 2 间接 ELISA

#### 2.1 材料准备

##### 2.1.1 器材

37℃恒温培养箱、微量移液器、震荡混匀仪、酶标仪、酶标板等。

##### 2.1.2 包被抗原

包被用抗原为日本脑炎病毒囊膜蛋白结构域Ⅲ重组蛋白(re-DⅢ),经大肠杆菌表达后亲和层析纯化而成。每孔包被量为 100 ng。

##### 2.1.3 阴性对照血清

SPF 猪血清,经 pH 7.4 的磷酸盐缓冲液(附录 A)1:40 稀释后作为阴性对照血清。

##### 2.1.4 阳性对照血清

日本脑炎病毒疫苗免疫健康猪,抗体中和效价达到 1:640 时采血分离血清,将中和效价为 1:640 的阳性血清用 pH7.4 的磷酸盐缓冲液(附录 A)作 1:160 稀释,即为阳性对照血清。

##### 2.1.5 包被液、洗涤液、封闭液、酶标抗体稀释液、底物液、终止液

配制方法见附录 A。

##### 2.1.6 检测前,先将各种试剂材料平衡至室温。

#### 2.2 操作方法

##### 2.2.1 抗原包被

以 pH 9.6 的碳酸盐缓冲液稀释抗原(将 re-DⅢ重组抗原稀释至 1 μg/mL),按每孔 100 μL 包被酶标板,37℃作用 2 h 后,洗涤液(PBST)洗板 3 次,每次 5 min。

##### 2.2.2 封闭

每孔加入 200 μL 封闭液,37℃封闭 2 h,洗板同上。

##### 2.2.3 加待检血清及对照血清

以 pH 7.4 的磷酸盐缓冲液作为样本稀释液,将待检血清按 1:40 稀释后 100 μL/孔加样,每板同时设置两孔阴性血清对照、两孔阳性血清对照,并设一孔空白对照。37℃作用 1 h,洗板同上。

##### 2.2.4 加酶标抗体

每孔加入工作浓度的 100 μL 兔抗猪酶标抗体,37℃作用 1 h,洗板同上。

##### 2.2.5 加底物液

每孔加入底物液 100 μL,37℃显色作用 10 min。

##### 2.2.6 加终止液

每孔加入 100 μL 终止液终止反应,15 min 之内测定 OD<sub>450</sub> 值。

##### 2.2.7 结果判定

在酶标仪上读出 OD<sub>450</sub> 的值。以空白值调零,计算阳性对照 OD<sub>450</sub> 平均值、阴性对照 OD<sub>450</sub> 平均值。