

前 言

本标准在 ZB C35 004—86《整形镊》基础上进行修订。技术要求中弹性变形量、握合力、连接牢固及头部接触要求均规定了具体指标。删去了不张口要求,其他按 YY/T 0295.1—1997《医用镊通用技术条件》执行。

本标准从生效之日起,代替 ZB C35 004—86。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:上海手术器械厂。

本标准主要起草人:章红霞。

中华人民共和国医药行业标准

整 形 镊

YY/T 0295.2—1997

Forceps for othopaedy

代替 ZB C35 004—86

1 范围

本标准规定了整形镊的产品分类和技术要求。

本标准适用于整形镊(以下简称镊子)。该产品供整形手术时夹持细软组织。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1220—92 不锈钢棒

YY/T 0173.5—94 手术器械 唇头齿

YY/T 0173.4—94 手术器械 唇头钩

YY/T 0173.7—94 手术器械 柄花

YY/T 0295.1—1997 医用镊通用技术条件

3 产品分类

镊子的型式和基本尺寸应符合图1~图4及表1的规定。




图1 宽柄有齿