



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1117~1118—2001

石膏绷带 粉状型
石膏绷带 粘胶型

Plaster of paris bandage—Powder form
Plaster of paris bandage—Viscose form

2001-11-09 发布

2002-03-01 实施

国家药品监督管理局 发布

YY/T 1117—2001

目 次

YY/T 1117—2001	石膏绷带	粉状型	1
YY/T 1118—2001	石膏绷带	粘胶型	7

前 言

本标准是 YY/T 91117—1999 的修订版。

本标准与 YY/T 91117—1999 主要的技术差异如下：

原标准中 4.4 固化强度删除，改为固化时间。固化时间定为 4 min~15 min。增加支撑材料质量。单位面积质量改为“不少于 400 g/m²”。

本标准的主要技术要求等同于英国药典 BP(1993 版)。其中固化时间自定。

本标准由国家药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心归口。

本标准起草单位：上海医用敷料厂。

本标准主要起草人：苏建崢。

本标准于 1989 年 5 月首次发布。